

Prot. 161/2025

Viterbo li 05/11/2025

Spett.le
Azienda USL Rieti
Via del Terminillo 42
RIETI

Oggetto: Valutazione dello stato dei filtri a carbone attivi

A seguito di sopralluogo tecnico effettuato presso l'impianto di osmosi a servizio del reparto dialisi, si è proceduto alla verifica delle condizioni operative e manutentive dei filtri a carbone attivi attualmente in esercizio.

Dall'analisi effettuata è emerso che i suddetti filtri risultano datati ed obsoleti, presentando un evidente decadimento delle prestazioni e segni di usura dovuti al prolungato periodo di utilizzo. Tali condizioni non consentono di garantire nel tempo l'efficienza con il rischio di fermo impianto osmosi.

Considerato che i filtri a carbone attivo rappresentano una componente fondamentale per il buon funzionamento e la sicurezza dell'impianto di osmosi destinato alla produzione di acqua per uso dialitico, si ritiene necessario, e con la massima urgenza, a procedere alla sostituzione completa degli stessi con apparecchiatura di nuova generazione, conforme alle normative vigenti e alle specifiche tecniche previste per tale tipologia di impianto, come da nostra proposta prot. 76/2025 del 26/05/2025.

Tanto si doveva per conoscenza, in attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.

Idrosolutions snc
Via Venezia Giulia, 29/31 01100 Viterbo
P.IVA e C.F. 00077280568
0761 220625