

	<p align="center"><b>REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b></p>	
	<p align="center"><b>PROCEDURA OPERATIVA ACCESSO ACCOMPAGNATORE</b></p>	<p><b>RM-7-PO-RP REV. 0 DEL 01/01/2023 PAG. 1 DI 3</b></p>

## INDICE

1	SCOPO .....	2
2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
4	DEFINIZIONI.....	2
5	RESPONSABILITÀ .....	2
6	MODALITÀ OPERATIVE.....	3
7	MODULI E ALLEGATI.....	3

	<b>REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b>	
	<b>PROCEDURA OPERATIVA ACCESSO ACCOMPAGNATORE</b>	<b>RM-7-PO-RP REV. 0 DEL 01/01/2023 PAG. 2 DI 3</b>

## 1 SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di accesso al Sito RM di un Accompagnatore

## 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è rivolta agli Accompagnatori dei Pazienti che devono accedere alla Zona Accesso Controllato.

## 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA	TITOLO	DATA
DM 14/01/2021	Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione	16/03/2021
D.Lgs. 81/08	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)"	09/04/2008

Tabella 1: Riferimenti legislativi

## 4 DEFINIZIONI

MRSCED	Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell'Efficacia Diagnostica dell'Apparecchiatura RM come definito dal DM 14/01/2021
MRPD	Medico Responsabile della Prestazione Diagnostica
MV	Medico Valutatore
PA	Personale Autorizzato all'accesso alla ZAC
ZAC	Zona Accesso Controllato

## 5 RESPONSABILITÀ

La presente Procedura Operativa è da intendersi parte integrante del Regolamento di Sicurezza in RM a cui si rimanda integralmente per le responsabilità dei singoli operatori e per ogni approfondimento.

	<p style="text-align: center;"><b>REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA OPERATIVA ACCESSO ACCOMPAGNATORE</b></p>	<p><b>RM-7-PO-RP REV. 0 DEL 01/01/2023 PAG. 3 DI 3</b></p>

Il Responsabile dell'Unità Operativa di Diagnostica per Immagini, congiuntamente al Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell'Efficacia Diagnostica dell'Apparecchiatura RM hanno la responsabilità di verificare l'applicazione della presente Procedura Operativa.

## **6 MODALITÀ OPERATIVE**

Gli Accompagnatori, solo previo Nulla Osta Medico e a discrezione del Medico Responsabile della Prestazione Diagnostica possono essere autorizzati all'accesso nel Sito RM e, ove necessario, nella Sala RM.

La motivazione dell'autorizzazione all'accesso al Sito RM deve essere riportata nel Modulo del Questionario Anamnestico e del Consenso Informato, che deve essere firmato dall'Accompagnatore, dal paziente (se possibile) e dal Medico Responsabile della Prestazione Diagnostica e allegato al Modulo del Questionario Anamnestico e del Consenso Informato relativo alla persona accompagnata che effettua l'Esame RM.

All'Accompagnatore, devono essere illustrate le modalità di svolgimento dell'Esame RM, le possibili controindicazioni e i rischi inerenti all'accesso alla ZAC e alla Sala RM e all'esecuzione dell'Esame RM, accertandosi che li abbia compresi.

L'Accompagnatore deve permanere nel Sito RM per il solo tempo necessario all'espletamento di quanto necessario e motivato.

L'Accompagnatore deve rimuovere tutti gli oggetti non compatibili con la RM secondo gli stessi criteri e modalità descritti nella Procedura Operativa per l'Esecuzione Esame RM.

Il Personale Autorizzato verifica, prima di far accedere l'Accompagnatore nella ZAC ed eventualmente nella Sala RM che il Nulla Osta Medico sia valido e che l'Accompagnatore non abbia controindicazione all'accesso nella ZAC e nella Sala RM e che abbia rimosso tutti gli oggetti non compatibili con la RM.

## **7 MODULI E ALLEGATI**

N° Allegato	Descrizione Allegato