

	<p style="text-align: center;">REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</p>	
	<p style="text-align: center;">PROCEDURA OPERATIVA INTERVENTI TECNICI NEL SITO RM</p>	<p>RM-9-PO-RP REV. 0 DEL 01/01/2023 PAG. 1 DI 4</p>

INDICE

1	SCOPO	2
2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
4	DEFINIZIONI.....	2
5	RESPONSABILITÀ	3
6	MODALITÀ OPERATIVE.....	4
7	MODULI E ALLEGATI.....	4

	<p style="text-align: center;">REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</p>	
	<p style="text-align: center;">PROCEDURA OPERATIVA INTERVENTI TECNICI NEL SITO RM</p>	<p>RM-9-PO-RP REV. 0 DEL 01/01/2023 PAG. 2 DI 4</p>

1 SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di gestione degli interventi tecnici all'interno del Sito RM

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è rivolta sia all'Ufficio Tecnico, che al Servizio di Ingegneria Clinica, nonché a tutti i Fornitori esterni che devono accedere al Sito RM.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA	TITOLO	DATA
DM 14/01/2021	Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione	16/03/2021
D.Lgs. 81/08	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)"	09/04/2008

Tabella 1: Riferimenti legislativi

4 DEFINIZIONI

ERS	Esperto Responsabile della Sicurezza in RM, come definito dal DM 14/01/2021
Interventi Tecnici	Sono interventi di manutenzione o riparazione o aggiornamento o miglioramento dell'Apparecchiatura RM o degli apparati del Sito RM
Interventi Tecnici Maggiori	Sono interventi di manutenzione che comportano cambiamenti significativi della struttura del Sito RM o dell'Apparecchiatura RM o delle altre apparecchiature ed apparati in esso presenti, o che comportano un peggioramento dei rischi della sicurezza del Sito RM o effetti sul corretto funzionamento o sull'efficacia diagnostica dell'Apparecchiatura RM o la necessità di nuovi apparati, presidi o procedure di funzionamento e sicurezza, e che implicano per la messa in esercizio e l'utilizzo dell'Apparecchiatura RM l'emanazione di un nuovo Regolamento di Sicurezza in RM

	<p style="text-align: center;">REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</p>	
	<p style="text-align: center;">PROCEDURA OPERATIVA INTERVENTI TECNICI NEL SITO RM</p>	<p>RM-9-PO-RP REV. 0 DEL 01/01/2023 PAG. 3 DI 4</p>

Interventi Tecnici Minori	Sono interventi tecnici che non rientrano tra gli Interventi Tecnici Maggiori e per i quali è sufficiente il giudizio di idoneità da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'Esperto Responsabile della Sicurezza in RM alla messa in esercizio e l'utilizzo dell'Apparecchiatura RM
MRSCED	Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell'Efficacia Diagnostica dell'Apparecchiatura RM, come definito dal DM 14/01/2021
PA	Personale Autorizzato all'accesso alla ZAC
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come definito dal D.Lgs. 81/08
Servizio di Ingegneria Clinica	Insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni alla struttura, finalizzati alla gestione e manutenzione delle apparecchiature aderendo ai principi di prevenzione e protezione dai rischi come normativa esistente in materia
Ufficio Tecnico	Insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni alla struttura, finalizzati alla progettazione, gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti aderendo ai principi di prevenzione e protezione dai rischi come normativa esistente in materia
ZAC	Zona Accesso Controllato

5 RESPONSABILITÀ

La presente Procedura Operativa è da intendersi parte integrante del Regolamento di Sicurezza in RM a cui si rimanda integralmente per le responsabilità dei singoli operatori e per ogni approfondimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa di Diagnostica per Immagini, congiuntamente all'Esperto Responsabile della Sicurezza in RM e al Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell'Efficacia Diagnostica dell'Apparecchiatura RM hanno la responsabilità di verificare l'applicazione della presente Procedura Operativa.

	<p style="text-align: center;">REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</p>	
	<p style="text-align: center;">PROCEDURA OPERATIVA INTERVENTI TECNICI NEL SITO RM</p>	<p>RM-9-PO-RP REV. 0 DEL 01/01/2023 PAG. 4 DI 4</p>

6 MODALITÀ OPERATIVE

Gli Interventi Tecnici sull'Apparecchiatura RM e sugli altri apparati presenti all'interno del Sito RM devono essere effettuati in ottemperanza ai regolamenti di sicurezza della Struttura, dell'azienda Fornitrice dell'apparecchiatura e del presente Regolamento Di Sicurezza in RM.

Gli Interventi Tecnici devono essere preventivamente comunicati ai Responsabili della Sicurezza RM (Esperto Responsabile della Sicurezza in RM e al Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell'Efficacia Diagnostica dell'Apparecchiatura RM) e al RSPP da parte dell'Ufficio Tecnico.

Il Datore di Lavoro della ditta Fornitrice dovrà produrre attestato inerente all'idoneità all'accesso in tutto il Sito RM per ogni Lavoratore esterno, rilasciato dal Medico Competente del Datore di Lavoro dell'azienda Fornitrice.

L'Ufficio Tecnico congiuntamente al Servizio di Ingegneria Clinica avranno cura di:

- 1) Specificarne la natura, la data, la durata, la ditta Fornitrice e i nominativi dei Lavoratori esterni che svolgeranno l'intervento, e di elaborare una modalità di esecuzione che minimizzi i rischi inerenti alla sicurezza.
- 2) Trasmettere al Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell'Efficacia Diagnostica dell'Apparecchiatura RM copia della documentazione inerente all'idoneità all'accesso nel sito RM dei Lavoratori esterni.
- 3) Redigere apposito Diario Tecnico in cui saranno riportati la data, il tipo di intervento tecnico effettuato, la durata, i nominativi dei Lavoratori esterni.

Durante gli Interventi Tecnici la responsabilità della sicurezza è in capo al RSPP della struttura o al RSPP dell'azienda Fornitrice in ragione della tipologia di intervento.

L'attività diagnostica può essere ripresa solo dopo il benestare rilasciato dall' Esperto Responsabile della Sicurezza in RM a seguito di comunicazione di conclusione dell'Intervento Tecnico da parte dell'Ufficio Tecnico o del Servizio di Ingegneria Clinica.

7 MODULI E ALLEGATI

N° Allegato	Descrizione Allegato