

PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, IN NOLEGGIO FULL SERVICE E ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI EMOGLOBINA GLICATA E DI EMOGLOBINICHE PATOLOGICHE NONCHÉ PER ANALISI EMOCOAGULATIVE PER LE ESIGENZE DELLA UOC LABORATORIO ANALISI DEL P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS, PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI ED UN IMPORTO A BASE DI GARA PARI AD € 1.024.000,00 (OLTRE 22% IVA). NUMERO GARA: 9400623

VERBALE n. 1 COMMISSIONE TECNICA

Il giorno **29 febbraio 2024**, alle ore 9:00 circa presso la sede della U.O.C. Acquisizione Logistica dei Beni e Servizi della ASL di Rieti, ivi in Via del Terminillo n. 42 – Blocco 2, si è riunita in seduta pubblica virtuale la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte tecniche inerenti la procedura in epigrafe.

La Commissione Tecnica, nominata con Deliberazione 93/CS del 31/01/2024, parzialmente rettificata con successiva Deliberazione n. 105/CS del 06/02/2024 risulta così composta:

- Dott. Tommaso Moro, Dirigente Medico - c/o UOC Laboratorio Analisi dell'Ospedale San Camillo De Lellis (Presidente);
- Dott.ssa Fabrizia Pellegrini, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico con Incarico di Organizzazione con funzioni di Coordinamento c/o UOC Laboratorio Analisi dell'Ospedale San Camillo De Lellis (Commissario);
- Dott. Matteo Di Gregorio, Tecnico di Laboratorio Biomedico c/o UOC Laboratorio Analisi dell'Ospedale San Camillo De Lellis (Commissario);

Il Presidente, constatata la regolarità della Commissione Tecnica, procede alle operazioni di collegamento telematico sulla Piattaforma S.TEL.LA.

Alle ore 09:22:34 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica virtuale, da tenersi attraverso il Portale S.TEL.LA. secondo le modalità disciplinate dai Manuali operativi forniti dalla Piattaforma medesima. La Commissione prende atto delle offerte ammesse alla presente fase come da prospetto di seguito descritto:

Ragione Sociale	Registro di Sistema
SEBIA ITALIA S.R.L.	PI167603-23
TOSOH BIOSCIENCE	PI169819-23

La Commissione effettua, per gli OO.EE. partecipanti sopra descritti, l'estrazione dei documenti presenti all'interno dell'Offerta tecnica, l'esame e la verifica di conformità degli stessi rispetto a quanto indicato negli atti di gara.

Successivamente si procede, in ordine alfabetico, con la valutazione del contenuto documentale della busta tecnica dell'operatore SEBIA ITALIA S.R.L.



All'esito della suddetta valutazione, si dà atto del punteggio tecnico ottenuto dall'operatore economico **SEBIA ITALIA S.R.L.** indicato e dettagliato nella scheda sotto riportata:

N.	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			T.M.	F.P.	M.G.	
1	Descrizione della modalità di gestione, tempi di implementazione del sistema offerto, razionalizzazione degli spazi: devono essere riportati tempi, le fasi e modalità funzionali all'implementazione del nuovo Sistema, descrivendo inoltre la fase di transizione. A tal fine deve essere prodotto il cronoprogramma richiesto all'art. 3 del CSA (relazionare)	6	1,00	1,00	1,00	6,00
2	Semplicità operativa del sistema (relazionare)	2	0,60	0,60	0,60	1,20
3	Tempistica per la preparazione dello strumento (relazionare)	2	1,00	1,00	1,00	2,00
4	Minor tempo nelle operazioni necessarie per la sostituzione delle colonne o dei capillari a carico degli operatori Indicare il tempo delle operazioni in numero assoluto espresso in minuti (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0).	2	$Q - \frac{(V.min/V.iesimo) * P_{ma}}{x}$			2,00
5	Numero di test eseguibili senza cambio colonna o capillare. Indicare il n. di test eseguibili in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0).	2	$Q - \frac{(V.min/V.iesimo) * P_{ma}}{x}$			2,00



6	Minor tempo in minuti richiesto per la sostituzione delle colonne esaurite o dei capillari. Indicare il tempo delle operazioni in numero assoluto espresso in minuti. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0).	3	Q (V.min/V.iesimo)*Pma x			-	0,20
7	Possibilità di alloggiare a bordo contemporaneamente reattivi per HBA1C e HB patologiche	3	SI/NO				3,00
8	Possibilità di eseguire contestualmente, nella stessa seduta analitica, la determinazione dell'HBA1C e delle HB patologiche	3	SI/NO				3,00
9	Rintracciabilità in memoria di tutti gli elementi associati ad ogni esame: controllo di qualità e calibrazioni	1	SI/NO				1,00
10	Possibilità di back up dei dati	1	SI/NO				1,00
11	Caricamento in continuo dei reagenti senza interruzione del ciclo analitico	1	SI/NO				0,00
12	Caricamento in continuo dei campioni senza interruzione del ciclo analitico	1	SI/NO				1,00
13	Semplicità nell'esecuzione delle calibrazioni (relazionare)	1	1,00	1,00	1,00		1,00
14	Maggiore stabilità delle calibrazioni (relazione)	2	1,00	1,00	1,00		2,00
15	Agitazione automatica della provetta primaria per inversione	2	SI/NO				2,00
16	Metodica capillare	7	SI/NO				7,00
17	Nel dosaggio della HbA1c netta separazione ed individuazione delle varianti emoglobiniche S,C, D nella stessa corsa separativa (relazionare)	3	1,00	1,00	1,00		3,00
18	Quantificazione accurata di HbA2 in campioni con presenza di HbS senza interferenza della forma glicata HbS	2	SI/NO				2,00

19	Maggiore risoluzione dei picchi (relazionare)	3	1,00	1,00	1,00	3,00
20	Possibilità di quantificazione di HbA2 in campioni con presenza delle varianti emoglobiniche HbE, HbLepore	2	SI/NO			2,00
21	Per gli analiti obbligatori presenza di laboratori partecipanti a programmi di valutazione esterna della qualità (VEQ)	1	SI/NO			1,00
22	Caratteristiche del software per la gestione del sistema e per la validazione assistita, in particolare per campioni patologici (relazione)	1	0,40	0,40	0,40	0,40
23	Maggiore capacità di memoria in archivio dei dati dei pazienti (relazione)	1	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Software in grado di identificare varianti genetiche e tracciati patologici	2	1,00	1,00	1,00	2,00
25	Possibilità di supporto per esami di secondo livello presso centri di riferimento regionali e/o nazionali	1	SI/NO			1,00
26	Supporto scientifico da parte dell'impresa offerente	1	SI/NO			1,00
27	Manutenzione giornaliera: tempi e modalità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB):	1	1,00	1,00	1,00	1,00
28	Manutenzione periodica: tempi e semplicità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB):	1	1,00	1,00	1,00	1,00
29	Presenza di supporto telefonico remoto 7/7 giorni a settimana 24h/24h per assistenza sul sistema	6	SI/NO			0,00
30	Garanzia dell'intervento dell'assistenza tecnica entro 24 ore dalla chiamata	6	SI/NO			0,00
TOTALE						52,80


All'esito della suddetta valutazione, si dà atto del punteggio tecnico ottenuto dall'operatore economico **TOSOH BIOSCIENCE S.R.L.** indicato e dettagliato nella scheda sotto riportata:

TOSOH						
N.	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			T.M.	F.P.	M.G.	
1	Descrizione della modalità di gestione, tempi di implementazione del sistema offerto, razionalizzazione degli spazi: devono essere riportati tempi, le fasi e modalità funzionali all'implementazione del nuovo Sistema, descrivendo inoltre la fase di transizione. A tal fine deve essere prodotto il cronoprogramma richiesto all'art. 3 del CSA (relazionare)	6	1,00	1,00	1,00	6,00
2	Semplicità operativa del sistema (relazionare)	2	1,00	1,00	1,00	2,00
3	Tempistica per la preparazione dello strumento (relazionare)	2	0,60	0,60	0,60	1,20
4	Minor tempo nelle operazioni necessarie per la sostituzione delle colonne o dei capillari a carico degli operatori Indicare il tempo delle operazioni in numero assoluto espresso in minuti (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y, verrà attribuito un punteggio pari a 0).	2	$Q - \frac{(V.min/V.iesimo) * Pma}{x}$			2,00



5	Numero di test eseguibili senza cambio colonna o capillare. Indicare il n. di test eseguibili in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0).	2	$Q - (V.min/V.iesimo) * P_{max}$	0,123
6	Minor tempo in minuti richiesto per la sostituzione delle colonne esaurite o dei capillari. Indicare il tempo delle operazioni in numero assoluto espresso in minuti. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0).	3	$Q - (V.min/V.iesimo) * P_{max}$	3,00
7	Possibilità di alloggiare a bordo contemporaneamente reattivi per HBA1C e HB patologiche	3	SI/NO	0,00
8	Possibilità di eseguire contestualmente, nella stessa seduta analitica, la determinazione dell'HBA1C e delle HB patologiche	3	SI/NO	3,00
9	Rintracciabilità in memoria di tutti gli elementi associati ad ogni esame: controllo di qualità e calibrazioni	1	SI/NO	1,00
10	Possibilità di back up dei dati	1	SI/NO	1,00
11	Caricamento in continuo dei reagenti senza interruzione del ciclo analitico	1	SI/NO	0,00
12	Caricamento in continuo dei campioni senza interruzione del ciclo analitico	1	SI/NO	1,00

13	Semplicità nell'esecuzione delle calibrazioni (relazionare)	1	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Maggiore stabilità delle calibrazioni (relazione)	2	0,60	0,60	0,60	1,20
15	Agitazione automatica della provetta primaria per inversione	2	SI/NO			0,00
16	Metodica capillare	7	SI/NO			0,00
17	Nel dosaggio della HbA1c netta separazione ed individuazione delle varianti emoglobiniche S,C, D nella stessa corsa separativa (relazionare)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Quantificazione accurata di HbA2 in campioni con presenza di HbS senza interferenza della forma glicata HbS	2	SI/NO			2,00
19	Maggiore risoluzione dei picchi (relazionare)	3	1,00	1,00	1,00	3,00
20	Possibilità di quantificazione di HbA2 in campioni con presenza delle varianti emoglobiniche HbE, HbLepore	2	SI/NO			2,00
21	Per gli analiti obbligatori presenza di laboratori partecipanti a programmi di valutazione esterna della qualità (VEQ)	1	SI/NO			1,00
22	Caratteristiche del software per la gestione del sistema e per la validazione assistita, in particolare per campioni patologici (relazione)	1	1,00	1,00	1,00	1,00



23	Maggiore capacità di memoria in archivio dei dati dei pazienti (relazione)	1	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Software in grado di identificare varianti genetiche e tracciati patologici	2	1,00	1,00	1,00	2,00
25	Possibilità di supporto per esami di secondo livello presso centri di riferimento regionali e/o nazionali	1	SI/NO			1,00
26	Supporto scientifico da parte dell'impresa offerente	1	SI/NO			1,00
27	Manutenzione giornaliera: tempi e modalità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB):	1	1,00	1,00	1,00	1,00
28	Manutenzione periodica: tempi e semplicità di svolgimento delle attività previste a carico degli operatori del Laboratorio (TSLB):	1	1,00	1,00	1,00	1,00
29	Presenza di supporto telefonico remoto 7/7 giorni a settimana 24h/24h per assistenza sul sistema	6	SI/NO			6,00
30	Garanzia dell'intervento dell'assistenza tecnica entro 24 ore dalla chiamata	6	SI/NO			6,00
TOTALE						50,52

La Commissione, così come previsto nel disciplinare di gara, procede alla riparametrazione del punteggio tecnico attribuito agli operatori economici offerenti per il lotto n. 1, come di seguito indicato:

lotto 1	Operatore economico	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato
	SEBIA ITALIA S.R.L.	52,80	70
	TOSOH BIOSCIENCE	50,52	66,98

Rilevato quanto sopra, la Commissione ammette gli operatori economici alla fase successiva della gara.

Il Presidente richiamati i criteri di attribuzione del punteggio economico, descritti negli atti di gara, cui si rimanda integralmente, procede pertanto alle aperture delle buste economiche ricevute e al successivo download della documentazione ivi presente.

La commissione procede quindi con l'esame e la valutazione delle offerte economiche in ordine alfabetico, le cui risultanze si riportano nel seguente prospetto:

lotto 1	Operatore economico	Punteggio economico
	SEBIA ITALIA S.R.L.	30,00
	TOSOH BIOSCIENCE	0,39

Dalla sommatoria del punteggio tecnico riparametrato e quello economico attribuito dalla Commissione, all'esito delle valutazioni, il punteggio complessivo ottenuto dagli operatori economici concorrenti per il lotto n. 1 "SISTEMA MACCHINA REATTIVI PER LA DETERMINAZIONE DI EMOGLOBINA GLICATA E DI EMOGLOBINICHE PATOLOGICHE", è indicato nella tabella di sintesi sotto riportata che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

	Operatore economico	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio economico	Punteggio Totale
lotto 1	SEBIA ITALIA S.R.L.	52,80	70	0,39	70,39
	TOSOH BIOSCIENCE	50,52	66,98	30,00	96,98

La Commissione, al termine dei lavori rileva che l'offerta prodotta dall'operatore TOSOH BIOSCIENCE, ai sensi dell'art. 110 del d. Lgs. 36/2023, è risultata anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La Commissione, preso atto di quanto sopra, ritenuto di aver completato il proprio mandato, procede a rimettere le suddette risultanze al RUP della procedura in oggetto, affinché proceda con gli adempimenti previsti.

Nulla altro da aggiungere, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 14.30

L.C.S.



Presidente

Dott. Tommaso Moro




Componente

Dott. Matteo Di Gregorio



Componente
Dott.ssa Fabrizia Pellegrini



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

Commissione giudicatrice
Presidente: Dott. Tommaso Moro
Componente: Dott. Matteo Di Gregorio
Componente: Dott.ssa fabrizia Pellegrini

Al Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Francesca Pasquali

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, IN NOLEGGIO FULL SERVICE E ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI PER L'ESECUZIONE DI EMOGLOBINA GLICATA E DI EMOGLOBINICHE PATOLOGICHE NONCHÉ PER ANALISI EMOCOAGULATIVE PER LE ESIGENZE DELLA UOC LABORATORIO ANALISI DEL P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS, PER LA DURATA DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI ED UN IMPORTO A BASE DI GARA PARI AD € 1.024.000,00 (OLTRE 22% IVA). NUMERO GARA: 9400623

In ordine alla procedura di cui in oggetto, con la presente si comunica che la commissione giudicatrice in data 29/02/2024 ha terminato i lavori relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche prodotte dagli operatori economici concorrenti per il solo lotto n. 1.

Si trasmette, per i necessari adempimenti di competenza, il verbale n.1 relativo all'apertura delle buste tecniche ed economiche unitamente alle risultanze della valutazione, così come indicato nel seguente riepilogo:

	Operatore economico	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparametrato	Punteggio economico	Punteggio Totale
lotto 1	SEBIA ITALIA S.R.L.	52,80	70	0,39	70,39
	TOSOH BIOSCIENCE	50,52	66,98	30,00	96,98

Distinti saluti

Presidente
Dott. Tommaso Moro

Componente
Dott. Matteo Di Gregorio

Componente
Dott.ssa Fabrizia Pellegrini

L.C.S.

